УДК: 004.942

Выбор дизайна каркаса транскатетерного протеза клапана аорты на основе метода конечных элементов

Е. А. Овчаренко¹, К. Ю. Клышников^{1,а}, Г. В. Саврасов²,
Д. В. Нуштаев³, Ю. А. Кудрявцева¹

¹ ФГБУ «НИИ Комплексных проблем сердечно-сосудистых заболеваний» СО РАМН,
Россия, 650002, г. Кемерово, Сосновый бульвар, д. 6

² Московский государственный технический университет им. Баумана,
Россия, 105005, г. Москва, 2-я Бауманская ул., д. 5, стр. 1

³ ООО «Тесис»,
Россия, 127083, г. Москва, ул. Юннатов, д. 18
E-mail: ^а KlyshnikovK@gmail.com

Получено 17 сентября 2014 г.,
после доработки 4 марта 2015 г.

Настоящая статья представляет анализ влияния конструктивных особенностей опорного каркаса транскатетерного протеза на результаты его имплантации в модель корня аорты. В работе анализировали различные подходы к проектированию подобных конструкций, а также модификации последних с целью повышения их функциональных характеристик в условиях имплантации. В качестве основного метода оценки результатов взаимодействия исследуемых объектов был использован метод конечных элементов с нелинейным описанием материалов и с анализом основных параметров: напряженно-деформированного состояния, радиальных сил и сил трения.

Ключевые слова: протез клапана, аорта, МКЭ, дизайн каркаса

Choice of design of transcatheter aortic valve prosthesis frame based on finite element analysis

E. A. Ovcharenko¹, K. U. Klyshnikov^{1,а}, G. V. Savrasov², D. V. Nyshtaeв³,
Y. A. Kudryavtseva

¹ Research Institute for Complex Issues of Cardiovascular Diseases under the Siberian Branch of the Russian Academy of Medical Sciences, 6 Sosnovyi blvd., Kemerovo, 650002, Russia

² N. Bauman State University of Technology, 14 Brigadirsky per., Moscow, 105005, Russia

³ LLC «TESIS», 18 Unnatov st., Moscow, 127083, Russia

Abstract. — This article presents an analysis of the impact of the transcatheter prosthesis frame design features on the results of its implantation in the aortic root model. In this paper we analyzed the various approaches to the design of such structures, as well as modifications in order to improve their functional characteristics during the implantation. As a general method for obtaining the results of interaction of the objects was used finite element method with nonlinear materials description and analysis of the main parameters: the stress-strain state, radial and friction forces.

Keywords: Valve prosthesis, aorta, FEA, frame design

Citation: *Computer Research and Modeling*, 2015, vol. 7, no. 4, pp. 909–922 (Russian).

© 2014 Евгений Андреевич Овчаренко, Кирилл Юрьевич Клышников,
Геннадий Викторович Саврасов, Дмитрий Владимирович Нуштаев, Юлия Александровна Кудрявцева

Введение

За последнее десятилетие малоинвазивные способы лечения стеноза клапана аорты широко вошли в кардиохирургическую практику благодаря высокой клинической эффективности, сокращенному периоду реабилитации пациента, а также относительно низкой стоимости процедуры [Transcatheter heart-valve replacement: update, 2010]. Многообразие существующих протезов и доставочных систем обуславливает вариативность клинических результатов [Transcatheter aortic valve replacement: current developments..., 2013], что позволяет сделать вывод о первостепенном влиянии конструкции опорного каркаса на исход имплантации. В частности взаимодействие системы «протез-аорта» определено, с одной стороны, геометрией базовых элементов (ячеек стента) и исходными параметрами материала конструкции, с другой — пространственной конфигурацией каркаса в целом.

В настоящей статье рассмотрены вопросы проектирования каркасов транскатетерных протезов с заданной геометрией стентоподобной ячейки на основе компьютерного моделирования в сочетании со средствами автоматизированного проектирования. Общие подходы к выбору топологии стентов [Deployment of self-expandable stents ..., 2011; Fast virtual deployment of self-expandable stents..., 2012; Simulation and experimental observation of contact conditions..., 2007], а также анализ влияния параметров балки ячейки на биомеханическое поведение конечной конструкции [Клышников и др., 2014] достаточно представлены в современной литературе. Кроме того, существуют отдельные работы, посвященные изучению функциональных свойств каркасов транскатетерных протезов: радиальных сил [Numerical analysis of the radial force..., 2013] и сил трения [Mummert и др., 2013], однако вопрос о выборе конкретной конечной геометрии протеза остается открытым ввиду неограниченного количества сочетаний конструктивных элементов и их размеров. Данное многообразие вариантов накладывает существенные ограничения на исследование биомеханики конечной конструкции с использованием постановочных тестов, таким образом, основным подходом к анализу пространственной геометрии транскатетерных протезов является твердотельное моделирование [Schievano et al., 2007; Schievano et al., 2009]. На сегодняшний день в современных исследованиях преобладает «patient specific» подход [Mihalef et al., 2011; Schmauss et al., 2007], предусматривающий использование модели аорты конечного пациента и реконструкции модели протеза, полученных методами томографии. Несмотря на ряд преимуществ данного подхода, его применение с целью анализа модификации исследуемой конструкции ограничено ввиду высокой «стоимости» расчета при использовании достаточной выборки пациентов и высокой детализации неродственных сеток [Automatic 4D Reconstruction, 2014] моделей аорт и протезов. В представленном исследовании, напротив, были использованы «обобщенные» модели аорт [Возможности мскт-ангиографии..., 2012; Анатомическое обоснование трехмерных моделей..., 2013], в которые имплантировали различные модели каркасов, базируемые на единой «стентовой конструкции», построенной с использованием средств автоматизированного проектирования.

В исследовании оценивали результаты имплантации транскатетерного каркаса протеза клапана аорты, представляющего собой «классический» стент единого типоразмера, в модели корня аорты человека различных типоразмеров, а также влияние модификации исходной геометрии конструкции на отдельные функциональные показатели протеза. В отличие от каркасных клапанов, современные транскатетерные биопротезы покрывают больший диапазон диаметров фиброзных колец корня аорты для имплантации. Эффект унификации линейки протезов обусловлен свойствами сверхэластичного опорного каркаса. С учетом протяженности «плато разгрузки» никелида-титана можно предположить, что универсальный каркас транскатетерного протеза способен обеспечить относительно стабильное взаимодействие с корнем аорты во всем диапазоне исследуемых типоразмеров. Таким образом, проверка данной гипотезы определит необходимость использования серии типоразмеров протезов каркасов клапана аорты. Вторая часть исследования посвящена выбору оптимальной конструкции каркаса протеза, полученной за счет модификации исходной стентовой геометрии.

Материал и методы

Моделирование имплантации протезов было выполнено методом конечных элементов в комплексе инженерного анализа ABAQUS/CAE (Dassault Systems, Франция) с использованием моделей корня аорты человека четырех типоразмеров. Данные модели были получены на основании результатов ЭхоКГ и МСКТА исследований пациентов без патологии корня аорты, и группированы по диаметру фиброзного кольца (рис. 1). Модели представляют собой усредненную геометрию четырех основных характерных типоразмеров корня аорты [Возможности мскт-ангиографии..., 2012; Анатомическое обоснование трехмерных моделей..., 2013, Computer-aided design..., 2014].

Рис. 1. Трехмерная модель корня аорты с диаметром фиброзного кольца 19 мм, построенная по обобщенным данным ЭхоКГ и МСКТА исследований: ФК-СТС — расстояние от фиброзного кольца до синотубулярного сочленения; ØСТС — диаметр синотубулярного сочленения; ØФК — диаметр фиброзного кольца; Н — расстояние от фиброзного кольца до нижнего края устья коронарной артерии; α — угол раструба восходящего отдела аорты, измеренный относительно синусов Вальсальвы; ГСВ — глубина синуса Вальсальвы

Описание физико-механических свойств никелид-титанового каркаса было выполнено с использованием встроенного в ABAQUS/CAE модуля UMAT, использующего модель нитинола согласно Ауриччио (рис. 2) [Auricchio, Taylo, 1996; Auricchio et al., 1997], со следующими параметрами материала:

$\sigma_L^S = 460$ МПа — напряжение начала фазы трансформации аустенит-мартенсит;
 $\sigma_L^E = 540$ МПа — напряжение окончания фазы трансформации аустенит-мартенсит;
 $\sigma_U^S = 370$ МПа — напряжение начала фазы трансформации мартенсит-аустенит;
 $\sigma_U^E = 220$ МПа — напряжение окончания фазы трансформации мартенсит-аустенит;
 $E_M = 27000$ МПа — модуль упругости мартенсита;
 $E_A = 45000$ МПа — модуль упругости аустенита;
 $\epsilon^T = 0,05$ — диапазон напряжения трансформации.

В исследовании использовали раздельное описание материала для зоны фиброзного кольца и ее вышележащих элементов (таблица 1). При этом для фиброзного кольца использовали феноменологическую полиномиальную модель материала второго порядка, соответствующую «нормальному» состоянию соединительной ткани [Нелинейная изотропная модель..., 2014], а также линейную изотропную модель, соответствующую «кальцинозу» [Deformation dynamics and mechanical properties..., 2012]. Для описания механики вышележащих элементов корня аорты использовали полиномиальную модель второго порядка [Нелинейная изотропная модель..., 2014]. Коэффициент Пуассона ν во всех случаях составил 0,49.

Исходные модели каркаса

Модель стентоподобного опорного каркаса с наружным диаметром 29 мм, состоящая в окружности из 12 «diamond cell» ячеек, с соответствующей толщиной и шириной балки 0,4 мм

и 0,3 мм, была построена с использованием программного обеспечения UGS NX 8.0 (Siemens, Германия). В продольном направлении конструкция представляла собой четыре ряда попарно соединенных ячеек: с длиной балки 5,0 мм в приточной части, и 7,5 мм — в выводной. Аналогичным образом были построены модели меньших типоразмеров: 23, 25 и 27 мм. В ходе эксперимента наибольшая модель каркаса протеза (29 мм) была имплантирована во все типоразмеры моделей аорт, остальные модели были имплантированы в соответствии с предназначенным типоразмером (рис. 3).

Рис. 2. Диаграмма «напряжение-деформация» для никелида-титанового сплава, используемого для исследуемых стеновых конструкций с основными характеристиками (пояснения в тексте)

Таблица 1. Коэффициенты моделей материала аорты

Материал	C_{10} , МПа	C_{01} , МПа	C_{20} , МПа	C_{11} , МПа	C_{02} , МПа	D_1 , 1/МПа	D_2 , 1/МПа	E , МПа
Аорта	0,062	-0,004	1,37	-1,25	0,3	0,017	0,017	—
Фиброзное кольцо — норма	0,134	-0,097	2,68	-2,43	0,59	0,027	0,027	—
Фиброзное кольцо — кальций	—	—	—	—	—	—	—	22,6

Примечания: C_{10} , C_{01} , C_{20} , C_{11} , C_{02} , D_1 , D_2 — феноменологические коэффициенты полиномиальной модели второго порядка для ABAQUS/CAE; E — модуль упругости линейной изотропной модели

Модифицированные модели каркасов

С целью улучшения функциональных показателей каркасов протезов использовали различные способы модификации исходной геометрии каркаса, основанные на его адаптации к анатомии корня аорты человека: в частности, руководствовались пространственным расположением синусов Вальсальвы, коронарных артерий, размерами фиброзного кольца и синотубулярного сочленения. Таким образом, в исследовании были использованы модели каркасов протезов со следующими модификациями (рис. 4):

- 1) изолированное изменение диаметра приточной, центральной или выводной зоны каркаса;
- 2) введение опорных стоек в центральную зону каркаса, а также изменение диаметра центральной и выводной зон;
- 3) введение в центральную зону дополнительных элементов фиксации.

Рис. 3. Схема эксперимента имплантации исходной модели стента

Моделирование имплантации каркаса протеза осуществляли для каждой модели всех четырех типоразмеров.

Моделирование имплантации

Все исследуемые модели каркасов и корня аорты импортировали в комплекс инженерного анализа ABAQUS/CAE и подвергали разбиению на конечноэлементную сетку. Все исходные модели опорного каркаса содержали 12'400 кубических полностью интегрируемых элементов C3D8I. Количество элементов в сетке модифицированных моделей варьировалось в зависимости от наличия или отсутствия элементов конструкции в диапазоне от 8'200 до 11'700 элементов C3D8I. Вследствие высокой степени различия геометрических параметров модели корня аорты содержали от 25'300 до 48'500 конечных элементов C3D8.

Имплантацию модели каркаса в модель корня аорты выполняли идентично для всех исследуемых конструкций: сжатие каркаса до 6 мм в диаметре (рис. 5А); сдвиг «катетера» в антеградном направлении (рис. 5Б); стабилизация контакта с демпфированием динамических эффектов (рис. 5В); сдвиг каркаса для оценки силы трения (рис. 5Г). В качестве «катетера» использовали цилиндрическую мембрану, состоящую из 6'000 элементов M3D4 типа. К данной мембране прикладывали радиальное перемещение для сжатия исследуемых каркасов до рабочего (6 мм) диаметра и затем перемещение вдоль центральной оси, имитируя высвобождение каркаса из катетера. Ввиду наличия значимых динамических эффектов в ходе моделирования был выбран метод явной динамики, реализованный в решателе ABAQUS Explicit, который основан на явной схеме интегрирования уравнений движения во времени с учетом больших перемещений. В исследовании определены возможные контактные взаимодействия между телами с использованием технологии автоматического поиска контактных пар. Учтено фрикционное взаимодействие контактирующих поверхностей в рамках модели трения Кулона с коэффициентом $\mu = 0,2$ [A novel simulation strategy..., 2010].

Рис. 4. Исследуемые модифицированные модели каркаса протеза клапана аорты

Рис. 5. Моделирование имплантации исследуемых опорных каркасов в корень аорты: А — сжатие каркаса до 6 мм; Б — сдвиг катетера и раскрытие каркаса, В — стабилизация контакта «каркас-аорта» (вид в разрезе); Г — сдвиг каркаса в направлении U3

В работе оценивали радиальную силу, создаваемую каркасом; площадь контакта; балансный диаметр каркаса и аорты; среднее значение контактного давления. Исходя из полученных показателей балансного диаметра рассчитывали изменение диаметра фиброзного кольца (ΔD) относительно исходного. Интегральный показатель напряжения в узлах модели аорты оценивали согласно критерию пластичности Mises [Gizzi et al., 2014].

Результаты и обсуждения

Сравнение универсального и специфического подходов

В эксперименте имплантации обоих типов конструкций в случае использования «нормального» описания фиброзного кольца наблюдали чрезмерное увеличение диаметра последнего (ΔD) (рис. 6). Данный эффект обусловлен меньшей жесткостью фиброзного кольца в случае «нормального» описания материала по сравнению с «кальцинированным» описанием исследуемой области. При этом в случае имплантации универсальной конструкции увеличение типоразмера корня аорты сопровождалось непостоянным значением ΔD (рис. 3 — стрелка А), а в случае использования специфического подхода ΔD сохранялся на относительно стабильном уровне (рис. 3 — стрелка Б). Подобное поведение исследуемых объектов объясняется большой разницей исходных диаметров в случае универсального подхода: так, в крайнем случае в работе моделировали взаимодействие каркаса диаметром 29 мм и корня аорты диаметром 19 мм, что, безусловно, сказалось на конечном балансном диаметре всей системы. В случае специфического подхода, напротив, разница исходных диаметров для каркаса и аорты была постоянной — 4 мм, вследствие чего сохранялось постоянное значение ΔD при всех вариантах взаимодействия. При патологическом состоянии тканей — «кальцинозе», напротив, было отмечено малое изменение ΔD для обоих подходов: универсального и специфического, что также обусловлено высокой жесткостью материала.

Рис. 6. Изменение диаметра фиброзного кольца моделей корня аорты в результате имплантации каркаса транскатетерного протеза для различных подходов и свойств аорты

По результатам эксперимента специфичный подход продемонстрировал стабильное изменение диаметра фиброзного кольца, однако следует отметить негативное влияние податливого материала аорты и в этом случае: увеличение диаметра сопровождалось падением силы трения ниже допустимого значения, определенного исходя из гидростатического давления крови, в диапазоне моделей аорты № 21–25 (рис. 7). Модели кальцинированной аорты, напротив,

обеспечивали достаточную силу трения независимо от типоразмера имплантированного каркаса и выбранного подхода. Имплантация универсальной конструкции каркаса по результатам исследования продемонстрировала способность к надежной фиксации лишь для 19 и 23-ей модели аорт, что также нельзя считать удовлетворительным.

Рис. 7. Зависимость силы трения от типоразмера аорты для различных подходов и описания модели материала: Fblood — расчетная сила гидростатического осевого давления на клапан при давлении крови в 120 мм рт. ст.

Диапазон значений радиальных сил, создаваемых каркасом протеза, составил 28,4–50,8 Н, что по литературным данным соответствует аналогичному показателю подобных клинических протезов, в частности CoreValve (Medtronic, США) — порядка 50 Н [Numerical analysis of the radial force..., 2013]. Таким образом, с учетом коэффициента трения можно предположить, что именно жесткость кальцинированного материала в большей степени соответствует радиальным силам протеза с бесшовным способом фиксации.

Полученные по результатам исследования значения максимального напряжения узлов по Mises в моделях аорты существенно различались в зависимости от подхода: специфический подход, в соответствии с полученной зависимостью радиальных сил, обеспечивал относительно стабильное значение исследуемого показателя, в отличие от универсальной модели (рис. 8). Поскольку показатель площади контакта существенно не различался во всех экспериментах, можно заключить, что напряжение аорты в случае классической стентовой конструкции полностью определено жесткостью последней. Стоит отметить, что максимум исследуемого показателя — 1,6 МПа — не превышал предела прочности фиброзного кольца клапана аорты [Large-displacement 3D structural analysis of an aortic valve..., 2004].

Рис. 8. Зависимость напряжения по Mises от типоразмера аорты для различных подходов и описания модели материала

Модификация стентовой конструкции

По результатам эксперимента имплантации различных моделей каркасов с модифицированной геометрией в модели корня аорты соответствующего типоразмера были получены существенные различия по показателю силы трения в зависимости от конструктивных особенностей каркаса (рис. 9). Модели № 2, 4 продемонстрировали силу трения, превышающую показатель исходной геометрии (относительно наибольшего типоразмера стента — 29 мм) на 50, 42 % в случае расчета с использованием кальцинированного материала и 74, 48 % — в «норме». Минимальным значением исследуемого параметра по результатам эксперимента обладала модель № 5 — снижение на 17 и 15 % соответственно. Таким образом, отдельные модели № 2, 4 обладали радиальной жесткостью, достаточной для бесшовной фиксации не только в случае кальцинированного материала, но и в случае податливого «нормального» состояния аорты. Также стоит отметить различные тренды зависимости радиальной силы от типоразмера каркаса: исходная геометрия (№ 1) и модели № 2, 3, 5, 6, 9 обладали прямо пропорциональной зависимостью, № 4 — обратно пропорциональной, № 7, 8 продемонстрировали относительно стабильное значение исследуемого показателя. Поскольку сила кровотока, действующего на закрытый створчатый аппарат биопротеза, прямо пропорциональна его типоразмеру, логично полагать, что сила трения, создаваемая каркасом протеза, должна повторять данную тенденцию, обратная же зависимость, даже при условии надежной фиксации, является нецелесообразной.

Полученный в исследовании показатель максимального контактного давления в значительной степени различался как от способа модификации исходной геометрии, так и от состояния материала аорты (рис. 10). Исследуемый параметр находился в диапазоне на один порядок

Рис. 9. Сила трения, создаваемая различными конструкциями

больше относительно нормального систолического давления (120 мм рт. ст.) в случае «нормального» материала и на два порядка больше — в случае патологического. Контактное давление главным образом обусловлено площадью контакта между моделями, однако данный параметр достаточно косвенно отражает «реальную картину» ввиду особенностей настройки параметров контактного взаимодействия при численном моделировании для условий стабилизации расчета. Тем не менее, можно наблюдать, по крайней мере, две выраженные зависимости значений контактного давления — от жесткости материала и от типоразмера моделей. Второй эффект носит исключительно расчетный характер и связан, главным образом, с количеством конечных элементов в модели аорты: больший типоразмер опорного каркаса должен быть описан большим их количеством. В первом случае, напротив, процесс взаимодействия в большей степени соответствует физическому. Так, при расчете с кальцинированным материалом взаимодействие опорного каркаса происходит с малодеформируемым материалом и в контакт вступают единичные конечные элементы, через которые и происходит все последующее взаимодействие систем. Таким образом, пятно контакта в данном случае может быть ограничено отдельными элементами, что приводит к чрезмерному повышению контактного давления. При моделировании с «нормальным» состоянием тканей пятно контакта имеет большую площадь вследствие большей податливости материала аорты и более равномерно распределено, при этом максимальные значения контактного давления меньше.

Распределение пятна контакта и радиальная сила каркаса также обуславливают напряжение, возникающее в узлах аорты (рис. 11). Данный тезис наглядно продемонстрирован эпюрами контактного давления и напряжения (рис. 12) для моделей 1 и 2: наличие дополнительной зоны контакта приводит к более равномерному распределению напряжения в аорте, однако различная радиальная сила проксимальной и дистальной зон каркаса обуславливает разницу в значениях на несколько порядков. Ввиду данной особенности в исследовании регистрировали только показатель максимального напряжения в аорте, который во всех экспериментах был локализован в области фиброзного кольца. Как и следовало ожидать из сказанного выше, различия данного показателя в большей степени были определены жесткостью аорты, нежели ее размером

или геометрией имплантированного каркаса. Наибольшие различия были получены для моделей каркасов № 7 и № 9 — увеличение на 82 и 73 % относительно исходной геометрии, соответственно, для наименьшего типоразмера.

Рис. 10. Контактное давление, создаваемое различными конструкциями

Рис. 11. Напряжение по Mises, создаваемое различными конструкциями

Рис. 12. Напряжение по Mises (S, Mises) и контактное давление (CPRESS) при имплантации моделей каркаса № 1 и 2 соответствующего типоразмера в аорту № 19

Выводы

Высокая жесткость кальцинированной аорты оказывает положительный эффект на функциональные характеристики протеза — при разработке биопротезов клапана аорты с бесшовным способом фиксации следует исходить из параметров «нормального» материала аорты как наиболее тяжелых условий работы.

Использование универсальной конструкции каркаса бесшовно-имплантируемого протеза клапана аорты для всех типоразмеров затруднено ввиду вариативности конечных диаметров стента.

Использование модификации классической стентовой конструкции протеза клапана аорты с бесшовным способом имплантации, в частности увеличение диаметра дистальной зоны, способно существенно улучшить функциональные характеристики.

По результатам эксперимента модель № 2 на основе анализа совокупности исследуемых параметров продемонстрировала наилучшие результаты как относительно тубулярного стента исходной геометрии, так и различных вариантов его модификации.

Список литературы

- Влад А. Р., Семенов С. Е., Коков А. Н., Максимов С. А. Возможности мскт-ангиографии в морфометрии корня аорты // Лучевая диагностика и терапия. — 2012. — № 2. — С. 73–79.
- Клышников К. Ю., Овчаренко Е. А., Нуштаев Д. В. Способы оптимизации геометрии ячейки каркаса самораскрывающегося протеза клапана аорты // Технологии живых систем. — 2014. — Т. 11(3). — С. 39–45.

- Овчаренко Е. А., Клышников К. Ю., Влад А. Р., Сизова И. Н., Журавлева И. Ю. Анатомическое обоснование трехмерных моделей корня аорты человека // Клиническая физиология кровообращения. — 2013. — № 2. — С. 12–20.
- Овчаренко Е. А., Клышников К. Ю., Глушкова Т. В., Журавлева И. Ю., Бураго А. Ю. Нелинейная изотропная модель корня аорты человека // Технологии живых систем. — 2014. — № 6. — С. 43–47.
- Auricchio F., Taylor R. L., Lubliner J. Shape-Memory Alloys: Macromodeling and Numerical Simulations of the Superelastic Behavior // Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering. — 1997. — Vol. 146. — P. 281.
- Auricchio, F., Taylo, R. L. Shape-Memory Alloys: Modeling and Numerical Simulations of the Finite-Strain Superelastic Behavior // Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering. — 1996. — Vol. 143. — P. 175–194.
- Bernardini A., Larrabide I., Petrini L., Pennati G., Flore E., Kim M., Frangi A. F. Deployment of self-expandable stents in aneurysmatic cerebral vessels: comparison of different computational approaches for interventional planning // Computer Methods in Biomechanics and Biomedical Engineering. — 2011. — Vol. 15(3). — P. 303–311.
- Chu M. W. A., Borger M. A., Mohr F. W., Walther T. Transcatheter heart-valve replacement: update // Canadian Medical Association Journal. — 2010. — Vol. 182. — P. 791–795.
- Hamdan A., Guetta V., Konen E., Goitein O., Segev A., Raanani E., Spiegelstein D., Hay I., Di Segni E., Eldar M., Schwammenthal E. Deformation dynamics and mechanical properties of the aortic annulus by 4-dimensional computed tomography: insights into the functional anatomy of the aortic valve complex and implications for transcatheter aortic valve therapy // Journal of the American College of Cardiology. — 2012. — Vol. 59(2). — P. 119–127.
- Gizzi A., Vasta M., Pandolfi A. Modeling collagen recruitment in hyperelastic biomaterial models with statistical distribution of the fiber orientation // International Journal of Engineering Science. — 2014. — Vol. 78. — P. 48–60.
- Larrabide I., Kim M., Augsburger L., Cruz Villa-Uriol M., Rüfenacht D., Frangi A. F. Fast virtual deployment of self-expandable stents: Method and in vitro evaluation for intracranial aneurismal stenting // Medical Image Analysis. — 2012. — Vol. 16(3). — P. 721–730.
- Lim C. W., Su Y., Yeo S. Y., Ng G. M., Nguyen V. T., Zhong L., Tan R. S., Poh K. K., Chai P. Automatic 4D Reconstruction of Patient-Specific Cardiac Mesh with 1-to-1 Vertex Correspondence from Segmented Contours Lines // PLoS One. — 2014. — Vol. 9(4). — P. 117–121.
- Mihalef V., Ionasec R. I., Sharma P. Patient-specific modelling of whole heart anatomy, dynamics and haemodynamics from four-dimensional cardiac CT images // Interface Focus. — 2011. — Vol. 6(3). — P. 286–296.
- Mortier P., Holzapfel G. A., De Beule M., Van Loo D., Taeymans Y., Segers P., Verdonck P., Verhegghe B. A novel simulation strategy for stent insertion and deployment in curved coronary bifurcations: comparison of three drug-eluting stents // Annals of Biomedical Engineering. — 2010. — Vol. 38(1). — P. 88–99.
- Mummert J., Sirois E., Sun W. Quantification of biomechanical interaction of transcatheter aortic valve stent deployed in porcine and ovine hearts // Annals of Biomedical Engineering. — 2013. — Vol. 41(3). — P. 577–586.
- Ovcharenko E. A., Klyshnikov K. U., Vlad A. R., Sizova I. N., Kokov A. N., Nushtaev D. V., Yuzhalin A. E., Zhuravleva I. U. Computer-aided design of the human aortic root // Computers in Biology and Medicine. — 2014. — Vol. 54(1). — P. 109–115.
- Ranga A., Mongrain R., Mendes R. G., Biadillah Y., Cartier R. Large-displacement 3D structural analysis of an aortic valve model with nonlinear material properties // Journal of Medical Engineering & Technology. — 2004. — Vol. 28(3). — P. 95–103.
- Tang G. H., Lansman S. L., Cohen M., Spielvogel D., Cuomo L., Ahmad H., Dutta T. Transcatheter aortic valve replacement: current developments, ongoing issues, future outlook // Cardiology in Review. — 2013. — Vol. 21(2). — P. 55–76.

- Schievano S., Kunzelman K., Nicosia M. A.* Percutaneous mitral valve dilatation: single balloon versus double balloon. A finite element study // *The Journal of Heart Valve Disease*. — 2009. — Vol. 18(1). — P. 28–34.
- Schievano S., Petrini L., Migliavacca F.* Finite element analysis of stent deployment: understanding stent fracture in percutaneous pulmonary valve implantation // *Journal of Interventional Cardiology*. — 2007. — Vol. 20(6). — P. 546–554.
- Schmauss D., Schmitz C., Bigdeli A. K.* Three-dimensional printing of models for preoperative planning and simulation of transcatheter valve replacement // *The Annals of Thoracic Surgery*. — 2012. — Vol. 93(2). — P. 31–33.
- Takashima K., Kitou T., Mori K., Ikeuchi K.* Simulation and experimental observation of contact conditions between stents and artery models // *Medical Engineering & Physics*. — 2007. — Vol. 29(3). — P. 326–335.
- Tzamtzis S., Viquerat J., Yap J., Mullen M. J., Burriesci G.* Numerical analysis of the radial force produced by the Medtronic-CoreValve and Edwards-SAPIEN after transcatheter aortic valve implantation (TAVI) // *Medical Engineering & Physics*. — 2013. — Vol. 35(1). — P. 125–130.